

□ Risposta all'interrogazione n. 1413

“Tac rotta all'Ospedale di Loreto: che cosa c'è sotto?”

In riscontro all'interrogazione n. 1413/2013 del Consigliere Marangoni si precisa che la TC dell'Ospedale di Loreto è stata donata dalla Curia Vescovile di Loreto nel 1994 ed è una TC step by step che è stata aggiornata nel 2002, e trasformata successivamente in una TC Advance. Tale macchinario è fuori produzione da circa 8 anni così come i pezzi di ricambio. Trattasi di tecnologia obsoleta in quanto non rispetta le attuali normative CEE ed OMS che prevedono la documentazione per ogni esame effettuato, della dose di radiazioni erogata al paziente.

La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unificato Osimo-Chiaravalle-Loreto, per quanto sopra esposto, ha valutato l'inutilità di effettuare interventi tecnici di manutenzione sul macchinario, in quanto gli eventuali pezzi di ricambio non sono più presenti sul mercato ed i possibili pezzi riciclabili da altre apparecchiature dismesse non rispettano le normative vigenti di sicurezza. Per tale motivo la TC di Loreto è stata dichiarata fuori uso.

L'Asur sta valutando l'opportunità di optare per soluzioni tecnologicamente più avanzate per l'Ospedale Santa Casa di Loreto, nell'ottica di ridurre maggiormente l'esposizione a radiazioni ionizzanti, come indicato dalle direttive mondiali e dalle linee guida nazionali, che prevedono l'incremento dell'utilizzo di tecnologie senza radiazioni ionizzanti.

Si ricorda che dal 24 agosto è, comunque, operativa a pieno regime la nuova TC presso il Presidio di Osimo che, alla data odierna, ha già eseguito oltre 900 esami, recuperando i tre mesi di attesa accumulati per gli esami che potevano essere differiti. Tale apparecchiatura riesce a coprire tutta l'Area Sud di Ancona ed anche parte di Ancona Nord, con esami programmati ed esami in Emergenza-Urgenza.